

додељен је понуђачу "APTUS" јер је његова понуда оцењена као одговарајућа и прихватљива, а имала је нижу цену (473.750,00 динара) од понуђача "MEDICA LINEA PHARM".

Дана 05.04.2019. године понуђач "MEDICA LINEA PHARM" уложио је приговор на одлуку бр. 1284/5 од 28.03.2019. године за партију 4, са образложењем да понуђено средство понуђача APTUS нема следеће карактеристике које су захтеване техничком спецификацијом и то: пункцијску иглу 22G, метални мини водич од 45 цм, 0.025" и ЦЦ валвулу.

Део Комисије, запослен у ангио сали, који је стручан да се изјасни за наводе из приговора је након тога извршио поновни преглед документације, каталога и узорка понуђача "APTUS". Утврђено је да су основани наводи понуђача "MEDICA LINEA PHARM", те да је понуда понуђача "APTUS" неодговарајућа, због тога што не садржи пункцијску иглу 22G и метални мини водич од 45 цм, 0.025".

Због тога је комисија предложила директору да донесе одлуку као у диспозитиву.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања.

ДИРЕКТОР  
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић